

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024033343 de 17 de Julio de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A
PRODUCTO: GLUCOMETRO PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
MARCA(S): GMD, LATIDOS,LATID2S
REGISTRO SANITARIO No.: **INVIMA 2024DM-0029135**
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
FABRICANTE(S): COFOE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A CON DOMICILIO EN CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A CON DOMICILIO EN PALMIRA - VALLE
TIPO DE EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE DIAGNOSTICO
RIESGO: IIA
SISTEMAS: ELECTRONICOS
SUBSISTEMAS: SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES:
PUERTO DE TIRAS, PANTALLA LCD, ESTRUCTURA DEL GLUCÓMETRO, BOTÓN DE ENCENDIDO, PUERTO DE DATOS, BOTÓN DE SACAR LA TIRA.
USOS: ES IDEAL PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA (AZÚCAR) EN MUESTRAS FRESCAS DE SANGRE EXTRAÍDAS DE DIFERENTES PARTE DEL CUERPO TALES COMO LA PALMA, LA PUNTA DEL DEDO, ANTEBRAZO, PARTE SUPERIOR DEL BRAZO, PANTORRILLA Y MUSLO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:EMPAQUE INDIVIDUAL
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL EQUIPO PARA LA REFERENCIA:

REFERENCIAS DEL FABRICANTE	REFERENCIAS IMPORMEDICAL
KF-A04	GMD-GM-A04
KF-B06	GMD-GM-B06
KF-B10	GMD-GM-B10
CGH25	GMD-GM-GH25

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024033343 de 17 de Julio de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011.

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20284264
RADICACIÓN No.: 20241174671
FECHA DE RADICACIÓN: 12/07/2024

ARTICULO SEGUNDO. - CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO. - LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO. - LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 17 días de Julio de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó Técnico: jpalmap

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
DORIS YOLIMA GOMEZ
PARADA
Fecha: 2024/07/18
10:22:10 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024035097 de 29 de Julio de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 modificado por el Decreto 581 de 2017, Ley 1437 de 2011 y Ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO EN CUMPLIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EJECUTORIA.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

NOMBRE DEL REACTIVO	PRESENTACION, COMPONENTES DEL KIT Y REFERENCIAS)
TIRA REACTIVA DE GLUCOSA EN SANGRE MARCA GMD/ LATIDOS/LATI2	Cada unidad de prueba viene dispensada en paquete de aluminio en presentación comercial de caja por 10, 25, 50, 2x25 y 2x50 pruebas.
TOTAL DE REACTIVOS RELACIONADOS:	UNO (1)

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2024RD-0008800
MODALIDAD: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S): COFOE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES): COMERCIALIZADORA CHEMI S.A.S. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
ACONDICIONADOR(ES): COMERCIALIZADORA CHEMI S.A.S. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA
CATEGORÍA: II
ÁREA: QUÍMICA SANGUÍNEA
USO: TIRAS REACTIVAS DE AZÚCAR EN SANGRE (M É TODO DE LA GLUCOSA DESHIDROGENASA) CON JUEGOINSTRUMENTOPARA USO IN VITROPRUEBAS CUANTITATIVASMEDICIÓN DE SANGRE TOTAL CAPILAR HUMANA, SANGRE ENTERA VENOSA Y SANGRE ENTERA ARTERIALGLUCOSA MEDIACONCENTRACIÓN, ESTE PRODUCTO PUEDE SER UTILIZADO PARA EL CONTROL DE LA GLUCEMIA EN EL HOGAR O EN UNA UNIDAD MÉDICA POR PROFESIONALES, NO PROFESIONALES CON DIABETES QUE DOMINEN ESTA OPERACIÓN O SUS FAMILIARES. ESTE PRODUCTO SOLO SE USA PARA MONITOREAR EL EFECTO DEL CONTROL DEL AZÚCAR EN SANGRE EN DIABÉTICOS Y NO PUEDE USARSE PARA EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE DIABETES, NI PUEDE USARSE COMO BASE PARA AJUSTAR LOS MEDICAMENTOS DEL TRATAMIENTO.
EXPEDIENTE No.: 20285875
RADICACIÓN No.: 20241189212
FECHA DE RADICACIÓN.: 26/07/2024

ARTICULO SEGUNDO. -CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE INVIMA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024035097 de 29 de Julio de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004 modificado por el Decreto 581 de 2017, Ley 1437 de 2011 y Ley 962 de 2005.

ARTICULO TERCERO. - LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.


ARTICULO CUARTO. - LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 13 DEL DECRETO 3770 DE 2004, MODIFICADO POR EL ARTICULO 2° DEL DECRETO 581 DE 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 29 DÍAS DE JULIO DE 2024
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.



DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: fmoscosom, Técnico: jprietob

Signature Not
Verified

Firmado digitalmente por
DORIS YOLIMA GOMEZ
PARADA
Fecha: 2024/07/30
16:41:15 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C.,
Colombia

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA, A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.: Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10)
PRODUCTO: LANCETA ESTÉRIL DESECHABLE (CON O SIN DISPOSITIVO PARA PUNCIÓN),
MARCA(S): GMD
LATID2S
LATIDOS
REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2024DM-0029569
TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A con domicilio en CALI - VALLE
FABRICANTE(S): TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO.LTD con domicilio en CHINA
IMPORTADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A con domicilio en CALI - VALLE
ACONDICIONADOR(ES): IMPORMEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS S.A con domicilio en PALMIRA - VALLE
TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO
RIESGO: Ila
COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
Aguja	Acero inoxidable
Cuerpo principal	Policloruro de vinilo
Caperuza protectora.	Policloruro de vinilo

USOS: DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO, DISEÑADO PARA LA MICROPUNCIÓN DE MUESTREO DE SANGRE EL CUAL FACILITA OBTENER MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR DE LA YEMA DEL DEDO.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA X 50 UNIDADES, Y /O BOLSA PLÁSTICA X 50 UNIDADES CON O SIN DISPOSITIVO DE PUNCIÓN
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)					
LANCETAS ESTÉRILES	Category	Specification	Total Length (L1)	Plastic Handle Length (L2)	Exposed Part of the Needle Tip (L3)	Plastic Handle Width (W)
		I	32±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)					
LANCETAS ESTÉRILES (USO EN DISPOSITIVO PARA PUNZAR)	Sterile Lancets (Use with lancing device)	II	32 ±1.5mm	21.9±0.3mm	3.2±0.3mm	5.0±0.3mm
		III	34.8±0.3mm	27.2±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm
		IV	29.5±1.5mm	20.0±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm
		V	31.65 ± 1.5mm	15 ± 0.3mm	2.1 ± 0.3mm	3.5 ± 0.3mm
		VI	31.5±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm
	LANCETAS ESTERILES DE USO INDEPENDIENTE Sterile Lancets (Independent used)	XI-1	60.4±0.3mm	45.4±0.3mm	1.8±0.3mm	11±0.3mm
		XI-2	60.4±0.3mm	45.4±0.3mm	2.2±0.3mm	11±0.3mm
		XI-3	60.4±0.3mm	45.4±0.3mm	2.8±0.3mm	11±0.3mm
		XII-1	49.8±0.3mm	36.6±0.3mm	1.8±0.3mm	10.7±0.3mm
		XII-2	49.8±0.3mm	36.6±0.3mm	2.2±0.3mm	10.7±0.3mm
		XII-3	49.8±0.3mm	36.6±0.3mm	2.8±0.3mm	10.7±0.3mm
		XIII-1	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.8±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-2	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.2±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-3	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.8±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-4	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.0±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-5	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.1±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-6	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.2±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-7	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.3±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-12	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	1.9±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-13	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.0±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-14	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.1±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-15	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.3±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-16	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.4±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-17	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.5±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-18	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.6±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIII-19	51.7±0.5mm	36.6±0.5mm	2.7±0.3mm	11.0±0.5mm
		XIV-1	49.3±0.3mm	36.3±0.3mm	1.8±0.3mm	16.0±0.3mm
		XIV-2	49.3±0.3mm	36.3±0.3mm	2.2±0.3mm	16.0±0.3mm
		XIV-3	49.3±0.3mm	36.3±0.3mm	2.8±0.3mm	16.0±0.3mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)				
	XV-1	51.4±0.5mm	36.3±0.5mm	1.8±0.3mm	16.0±0.5mm
	XV-2	51.4±0.5mm	36.3±0.5mm	2.2±0.3mm	16.0±0.5mm
	XV-3	51.4±0.5mm	36.3±0.5mm	2.8±0.3mm	16.0±0.5mm
	XVI-1	35.4±0.3mm	32±0.3mm	1.8±0.3mm	13.8±0.3mm
	XVI-2	35.4±0.3mm	32±0.3mm	2.2±0.3mm	13.8±0.3mm
	XVI-3	35.4±0.3mm	32±0.3mm	2.8±0.3mm	13.8±0.3mm
	XVII-1	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.8±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-2	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.2±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-3	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.8±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-4	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.0±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-5	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.1±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-6	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.2±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-7	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.3±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-8	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.4±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-9	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.5±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-10	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.6±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-11	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.7±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-12	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	1.9±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-13	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.0±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-14	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.1±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-15	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.3±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-17	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.5±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-18	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.6±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-19	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	2.7±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-20	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	3.0±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVII-21	42.5±0.5mm	30.5±0.5mm	3.2±0.3mm	15.6±0.5mm
	XVIII-1	54.7±0.3mm	41.2±0.3mm	1.8±0.3mm	11.5±0.3mm
	XVIII-2	54.7±0.3mm	41.2±0.3mm	2.2±0.3mm	11.5±0.3mm
	XVIII-3	54.7±0.3mm	41.2±0.3mm	2.8±0.3mm	11.5±0.3mm
	XIX-1	71.9±0.3mm	60.4±0.3mm	1.8±0.3mm	9.4±0.3mm
	XIX-2	71.9±0.3mm	60.4±0.3mm	2.2±0.3mm	9.4±0.3mm
	XIX-3	71.9±0.3mm	60.4±0.3mm	2.8±0.3mm	9.4±0.3mm
	XXI-1	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.8±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-2	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.2±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-3	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.8±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-4	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.0±0.3mm	10.0±0.5mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)				
	XXI-5	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.1±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-6	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.2±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-7	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.3±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-8	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.4±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-9	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.5±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-10	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.6±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-11	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.7±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-12	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	1.9±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-13	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.0±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-14	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.1±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-15	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.3±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-16	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.4±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-17	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.5±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-18	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.6±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXI-19	38.0±1.0mm	27.0±0.5mm	2.7±0.3mm	10.0±0.5mm
	XXII-1	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.8±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-2	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.2±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-3	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.8±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-4	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	3.0±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-5	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.2±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-6	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.3±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-7	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.4±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-8	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.5±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-9	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.6±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-10	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.7±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-11	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	1.9±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-12	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.0±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-13	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.1±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-14	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.3±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-15	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.4±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-16	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.5±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-17	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.6±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-18	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.7±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXII-19	37.9±1.0mm	28.4±0.5mm	2.9±0.3mm	6.4±0.5mm
	XXIII-1	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.8±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-2	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.2±0.3mm	11.9±0.5mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)				
	XXIII-3	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.8±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-4	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	3.0±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-5	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.2±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-6	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.3±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-7	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.4±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-8	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.5±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-9	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.6±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-10	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.7±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-11	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.9±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-12	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.0±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-13	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.1±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-14	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.3±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-15	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.4±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-16	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.5±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-17	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.6±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-18	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.7±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIII-19	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.9±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-1	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.8±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-2	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.2±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-3	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.8±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-4	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	3.0±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-5	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.2±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-6	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.3±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-7	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.4±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-8	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.5±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-9	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.6±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-10	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.7±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-11	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	1.9±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-12	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.0±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-13	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.1±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-14	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.3±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-15	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.4±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-16	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.5±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-17	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.6±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-18	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.7±0.3mm	11.9±0.5mm
	XXIV-19	44.0±1.0mm	28.6±0.5mm	2.9±0.3mm	11.9±0.5mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)				
	XXV-1	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.8±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-2	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.2±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-3	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.8±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-4	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.0±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-5	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.1±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-6	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.2±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-7	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.3±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-8	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.4±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-9	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.5±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-10	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.6±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-11	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.7±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-12	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	1.9±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-13	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.0±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-14	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.1±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-15	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.3±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-16	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.4±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-17	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.5±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-18	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.6±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXV-19	41.9±1.0mm	31.8±0.5mm	2.7±0.3mm	9.4±0.5mm
	XXVI-1	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.8±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-2	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.2±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-3	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.8±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-4	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.0±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-5	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.1±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-6	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.2±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-7	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.3±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-8	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.4±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-9	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.5±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-10	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.6±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-11	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.7±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-12	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	1.9±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-13	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.0±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-14	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.1±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-15	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.3±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-16	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.4±0.3mm	17.7±0.5mm
	XXVI-17	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.5±0.3mm	17.7±0.5mm

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024044924 de 27 de Septiembre de 2024
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, y Ley 1437 de 2011.

Familia (si aplica)	Código, Modelo o Referencia (si aplica)					
		XXVI-18	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.6±0.3mm	17.7±0.5mm
		XXVI-19	49.3±1.0mm	33.5±0.5mm	2.7±0.3mm	17.7±0.5mm

VIDA ÚTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE No.: 20290049
RADICACIÓN No.: 20241237036
FECHA DE RADICACIÓN: 13/09/2024

ARTICULO SEGUNDO: CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO: LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO: LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 27 días de Septiembre de 2024
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
DIRECTOR TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó Técnico: jgonzalezc

Signature Not Verified
Firmado digitalmente por DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA
Fecha: 2024/10/03 15:37:20 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTÁ D.C., Colombia